



经核查，尼勒克县创力供热供排水有限责任公司提交的验收材料基本符合验收要求，制定相关管理制度和规程，监控系统安装基本符合技术规范，现场配备了备品、备件，比对监测各项指标合格，尼勒克县创力供热供排水有限责任公司水污染源在线监测设施化学需氧量在线监测仪（型号：TOC-4200，编号H66905936303 CS）监测数据基本符合污染源自动监控设施验收的有关要求。

验收专家组组长（签名）：张名刚

验收专家组成员（签名）：于清虎
姜祥浩



2022年 2月 21日



扫描全能王 创建

验收组成员名单

	姓名	单位	职务/职称	备注
组长	张东明	尼勒克县创力供热供排水有限责任公司	管理员	
	于清虎	新疆水源环境工程有限公司	运维工程师	
	姜祥浩	新疆水源环境工程有限公司	运维工程师	

尼勒克县创力供热供排水有限责任公司

